



OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin

Sekretariat 91 48 74 936 w. 106, tel./fax 91 48 77 561
Okręgowy Sąd Lekarski 91 48 74 936 w. 119
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 91 48 74 936 w. 103
Konto: ING BANK SŁĄSKI 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638
98 1050 1559 1000 0022 1716 8034
Konto: PEKAO S.A. I O/Szczecin 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699
NIP 851-20-36-519
biuro@oil.szczecin.pl

Szczecin, dnia 30.05.2018.

OIL/Sz/VM-KS/KS/002/A/2018

Sz. P. Małgorzata Domagała - Dobrzycka
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin

Szanowna Pani Inspektor,

Dotyczy: ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zwraca się z prośbą o zajęcie przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie stanowiska w przedmiocie obowiązku stosowania oraz ewentualnego zakresu zastosowania w gabinetach stomatologicznych ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia.

W ostatnim czasie Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Policach oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryficach rozesłały do wszystkich gabinetów stomatologicznych działających na terenie objętych właściwością ww. stacji informacje o konieczności drożenia przesłanych *ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia.* Wielu lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie po zapoznaniu się z treścią ww. wytycznych

wyraziło wątpliwości co do możliwości zastosowania ich zapisów w procesie sterylizacji przeprowadzanym w gabinetach stomatologicznych. Powyższe w świetle lakonicznej informacji o obowiązku wdrożenia ww. wytycznych przekazanej przez właściwe stacje sanitarno – epidemiologiczne wzbudziła poważne zaniepokojenie lekarzy dentystów.

Mając na uwadze powyższe Komisja Stomatologiczne Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zwróciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach z prośbą o wskazanie podstaw prawnych przesłania przedmiotowych wytycznych do gabinetów stomatologicznych, a także o wyjaśnienie wątpliwości co do samej treści przekazanych wytycznych.

W ocenie Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie przekazane wytyczne nie mogą bowiem znaleźć zastosowania w pełnym zakresie we wszystkich podmiotach wykonujących proces sterylizacji, w tym w szczególności w gabinetach stomatologicznych, które proces ten wykonują jedynie w niewielkim zakresie przy pomocy autoklawu. Należy zaznaczyć, iż przekazane przez PPIS w Policach i Gryficach wytyczne wskazują m.in. na konieczność ukończenia 120 – godzinowego kursu w zakresie sterylizacji i dezynfekcji narzędzi przez osoby nadzorujące i wykonujące te czynności (w tym 60 godzin w centralnej sterylizatorni).

Zdaniem Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie, obowiązek ten należy odnosić jedynie do podmiotów, które w swoich strukturach posiadają centralną sterylizatornię, niemniej nie wynika to bezpośrednio z treści otrzymanych przez lekarzy dentystów wytycznych.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż przekazane ogólne wytyczne wskazują na konieczność wykonywania testu biologicznego min. 1 raz w tygodniu, co w przypadku wykonywania sterylizacji w gabinetach stomatologicznych jedynie w niewielkim zakresie wydaje się próbą nałożenia na ich właścicieli obowiązków nieproporcjonalnych do potrzeb i oderwanych od realiów funkcjonowania tego rodzaju gabinetów.

Jednocześnie całkowicie niewyobrażalne jest zastosowanie szeregu wymogów stawianych w ww. wytycznych do procesu sterylizacji prowadzonego w dentobusie, czyli mobilnym gabinecie stomatologicznym.

PPIS w Policach w odpowiedzi na sformułowane wątpliwości wskazał, iż wszelkie wytyczne czy rekomendacje wskazują jedynie drogę i sposób postępowania w danym zakresie, który należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu wewnętrznych procedur higienicznych, a także że to lekarz prowadzący praktykę lub podmiot medyczny odpowiada za prawidłowe wdrożenie i stosowanie procedur higienicznych. W ocenie PPIS w Policach to lekarz odpowiada za kwalifikacje personelu i skuteczność prowadzonej dezynfekcji i sterylizacji narzędzi. Lekarz odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów. Dodatkowo PPIS w Policach podkreślił, że badanie autoklawu testem biologicznym SPORAL, które jest badaniem zewnętrznym, jest dodatkową kontrolą prawidłowości przeprowadzania procesów sterylizacji i dokumentuje dodatkowo te procesy. W związku z powyższym lekarzom prowadzącym praktyki czy podmioty lecznicze powinno zależeć na dokumentowaniu takiej kontroli jak najczęściej. Częstotliwość wykonywania badania SPORAL powinna być ujęta w procedurze postępowania przy dezynfekcji i sterylizacji narzędzi w zależności od ilości i częstotliwości przekazywania narzędzi do sterylizacji.



Z kolei PPIS w Gryficach w piśmie z dnia 8 maja 2018 r. wskazał, iż po otrzymaniu informacji o pojawieniu się nowych wytycznych oraz zaznajomieniu się z nimi, zawiadomił o tym fakcie podmioty wykonujące procesy dekontaminacji i sterylizacji, które mogłyby skorzystać z przedmiotowych wytycznych w bieżącej pracy przy opracowywaniu procedur wewnętrznych zakładów w celu zapobieżenia przeniesienia zakażeń i chorób zakaźnych. Jednocześnie PPIS w

Gryficach poinformował, że podczas sprawowania bieżącego nadzoru nad obiektami świadczącymi usługi zdrowotne, nie wdrożenie wytycznych dekontaminacji i sterylizacji 2017 r., nie uznano za nieprawidłowość przy prowadzonej kontroli wewnętrznej i obecnych procedurach w obiekcie oraz nie wszczynano postępowania administracyjnego. Wydano jedynie zalecenia aktualizacji procedur zakładu. Jak wskazano w ww. piśmie PPIS w Gryficach powyższe wytyczne uznał za wskazówkę i zbiór cennych rad, którymi powinno się kierować przy opracowaniu procedur wewnętrznych zakładu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że o tyle o ile odpowiedź PPIS w Policach nie rozwiewa formułowanych przez lekarzy dentyistów wątpliwości i jest co najmniej wymijająca, o tyle stanowisko PPIS w Gryficach zaprzecza samo w sobie. Z jednej strony bowiem wskazuje się, że wytyczne są jedynie wskazówką i zbiorem cennych rad, z drugiej zaś, iż w podmiotach, które nie wdrożyły wytycznych wydano jedynie zalecenia aktualizacji procedur zakładu. W ocenie Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie nie możliwe jest zbagatelizowanie zaleceń pokontrolnych PPIS. To, iż w tym roku niezastosowanie się do wytycznych nie było oceniane jako naruszenie wymagające wszczęcia postępowania administracyjnego, nie oznacza, iż przy okazji kolejnej kontroli postępowanie to nie zostanie wszczęte w związku z brakiem realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli.

Powyższe jednoznacznie świadczy o tym, iż wymagane jest jednoznaczne stanowisko co do zakresu stosowania się przez poszczególne podmioty do spornych wytycznych. Lekarze prowadzący gabinety lekarskie nie powinni bowiem pozostawać w sytuacji niepewności prawnej spowodowanej możliwością różnorodnej interpretacji zakresu zastosowania wytycznych przez poszczególne osoby kontrolujące.

Jak wynika z argumentacji przedstawionej powyżej, omawiane wytyczne wydają się być adresowane w przeważającym zakresie do dużych podmiotów, w szczególności tych które posiadają centralną sterylizatornię, nie zaś do gabinetów stomatologicznych. W związku z powyższym Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zwraca się z prośbą o pilne zajęcie stanowiska przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w przedmiocie zakresu stosowania ww. wytycznych w gabinetach stomatologicznych uwzględniając również problematykę ich stosowania w tzw. dentobusach.

e 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

dr n. med. Agnieszka Ruchala-Tyszler

Załączniki:

- pismo Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie do PPIS w Policach
- pismo Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie do PPIS w Gryficach
- pismo PPIS w Policach z dnia 19.02.2018r.
- pismo PPIS w Gryficach z dnia 8.05.2018r.